

شماره ۱۴۳۳
تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸
پیوست

«بسمه تعالی»



فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از: مرکز آموزشی و درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع)

سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، دو دستگاه میکروسکوپ با مشخصات ذیل از طریق استعلام بها، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل در سربرگ رسمی شرکت تکمیل و پس از ممهور نمودن به مهر شرکت و امضاء مدیر عامل محترم شرکت تا تاریخ ۹۸/۰۴/۳۰ در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکت‌های واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد.

- ۱- دستگاه دارای لوله چشمی مشاهده ی دو چشمی باشد.
 - ۲- عدسی چشمی ۱۰ برابر بزرگنمایی داشته باشد.
 - ۳- عدسی چشمی از لحاظ فوکوس و فاصله بین دو عدسی قابل تنظیم باشد.
 - ۴- بزرگنمایی عدسی های شیئی ۴-۱۰-۴۰ و ۱۰۰ برابر باشد.
 - ۵- محدوده بزرگنمایی میکروسکوپ ۴۰ تا ۱۰۰۰ برابر باشد.
 - ۶- نوع عدسی شیئی Plan و Achromatic باشد.
 - ۷- دارای منبع نور هالوژن و یا LED ۳۰ وات (ترجیحاً از نوع LED) باشد.
- الف- شرکت دارای مجوز نمایندگی معتبر از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.
- ب- دارای تاییدیه CE و یا FDA باشد.
- ج- دارای دو سال گارانتی تعمیر و تعویض برای تمامی قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد.
- د- محل تحویل میکروسکوپ ها مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بوده و هیچ گونه هزینه‌ای بابت نصب، آموزش و باربری از طریق این مرکز پرداخت نخواهد گردید.
- ه- تصویر Invoice تایید شده دستگاه های وارداتی با مشخص نمودن شماره سریال دستگاه به همراه مدارک ارسال گردد.
- و- کلیه اطلاعات خواسته شده به ترتیب تهیه و تمامی صفحات توسط مدیر عامل شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.
- ز- مشخصات فنی خواسته شده در کاتالوگ و یا مدارک مربوط High Light و شماره گذاری گردد.
- ح- شرکت برنده استعلام موظف و متعهد به ارائه فاکتور مطابق با پیشنهاد قیمت و ارائه تعهد کتبی (برگه گارانتی) از زمان نصب

آدرس: تبریز-خیابان دانشگاه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع)

سایت: www.tbzmed.ac.ir

تلفن: ۹-۳۳۴۷۰۵۴ دورنویس: ۳۳۵۵۹۹۰ تلفن گویا: ۲-۳۳۴۷۵۰۱

وبلاگ: www.ircpr.blogfa.com

شماره: ۱۴۳۳
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱۸
پیوست:

«بسمه تعالی»



به مدت اعلام شده در استعلام می باشد.
ط- مرکز در قبول و رد پیشنهاد قیمت مختار می باشد.
ی- در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین مشخصات ارائه شده و کالای تحویلی، مرکز مختار به عودت می باشد.
ک- مبلغ دستگاه پس از تحویل، نصب، راه اندازی و آموزش از طرف شرکت قابل مطالبه می باشد.
ل- در صورت ارائه دستگاهی که ورود آن به کشور خارج از مبادی قانونی بوده و یا قیمت گذاری آن خارج از دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی باشد، شرکت موظف به عودت دستگاه و پرداخت کلیه هزینه ها می باشد.

مدیر مرکز
رئیس اداره حسابداری
مسئول تدارکات
کارشناس فنی تجهیزات پزشکی
مدیر آزمایشگاه
ارژون فازانجانی
کارشناس مسئول آزمایشگاه
مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز
مقصدی بناب
کارپرداز