

شماره: ۷,۵,۴,۱۵۹۱۷
تاریخ: ۹۴/۸/۱۰
پوست:

دستمه تعالی



فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از: مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، یک دستگاه ادیومتری با مشخصات ذیل را از طریق استعلام بها، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل در سربرگ رسمی شرکت تکمیل و پس از ممهور نمودن به مهر شرکت و امضاء مدیر عامل محترم شرکت تا تاریخ --/--/۹۴ در پاکت سرسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکت‌های واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد.

الف- اطلاعات دستگاه ادیومتری مورد نیاز

- ۱- دستگاه کلینیکال تحقیقاتی باشد.
- ۲- دارای دو کانال واقعی باشد (دستگاه‌های تک کاناله با قابلیت اضافه شدن کانال دوم مورد تایید نمی‌باشد).
- ۳- دستگاه دارای قابلیت انتقال اطلاعات به سایر دستگاه‌ها باشد.
- ۴- دستگاه دارای امکان ذخیره‌سازی اطلاعات باشد.
- ۵- دارای بانک اطلاعات باشد.
- ۶- دارای قابلیت کار از طریق نرم‌افزار باشد.
- ۷- دارای ادیومتری فرکانس‌های بالا باشد.
- ۸- دارای رنج فرکانسی ۲۰۰۰-۱۲۵ هرتز باشد.
- ۹- دارای ادیومتری صوت خالص، ادیومتری گفتاری، ABLB، STENGER، MLB، DLI، SISI، TONE DECAY، TEN باشد.
- ۱۰- دارای فیلتر نویز پوششی شامل نویز گفتاری، نویز سفید و نویز NBN باشد.
- ۱۱- دارای warble tone باشد.
- ۱۲- دارای قابلیت انجام آزمون free field باشد.
- ۱۳- دستگاه دارای ماینور باشد.
- ۱۴- دستگاه دارای پرینتر داخلی باشد.
- ۱۵- دارای ورودی گفتار شامل: EXT₁، EXT₂، میکروفن و Flash memory باشد.
- ۱۶- در صورت وجود قابلیت‌های خاص و مهم در دستگاه معرفی شده، قابلیت مذکور ذکر و با علامت * مشخص گردد.

آدرس: تبریز-خیابان دانشگاه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)

سایت: www.tbzmed.ac.ir

تلفن: ۹- ۳۳۴۷۰۵۴ دورنویس: ۳۳۵۵۹۹۰ تلفن گویا: ۲- ۳۳۴۷۵۰۱

وبلاگ: www.irepr.blogfa.com

